

ALLEGATO 3

Procedura per la rilevazione della temperatura


Indicazioni generali

- La misurazione della temperatura va effettuata all'interno del locale/area prevista per tale scopo;
- L'accesso per la misurazione è consentito ad un solo lavoratore per volta;
- Il soggetto che effettua la misurazione deve essere munito di tuta protettiva usa e getta, guanti e mascherina chirurgica;
- Il soggetto sottoposto alla misurazione deve essere munito di mascherina chirurgica;
- Lo strumento da utilizzarsi è il termometro ad infrarossi fornito dall'impresa.

Rilevamento della temperatura frontale:

Seguire scrupolosamente le istruzioni d'uso dello specifico prodotto (da allegare alla presente procedura)

- Assicurarsi che non ci siano peli, sudore, cosmetici o berretti coperti sulla fronte;
- Puntare il **termometro a infrarossi** verso la fronte da una distanza di 5 cm e premere il tasto di misurazione;
- La temperatura viene visualizzata immediatamente.



- Provvedere a far firmare il modulo dell'allegato 3 bis se la temperatura rilevata è inferiore a 37,5 °C o quello dell'allegato 3 ter se la temperatura è superiore a 37.5 °C.
- **In caso di superamento della temperatura di 37.5 °C ripetere l'operazione a conferma della corretta misurazione e avvertire il preposto.**